分光测色计 CM-23d

岛基本操作指南

使用仪器前请务必阅读。

说明使用分光测色计 CM-23d 进行测量时的基本操作步骤。

注)

有关各种设置和操作的详细内容, 请阅读 CM-23d 的使用说明书。 使用说明书可通过二维码进行查看。





目录

各部件的名称	1
测量	5
检查色差值时	8
关于如何设置测量条件	18
关于如何设置仪器	19

各部件的名称

■主机



■屏幕显示(液晶显示屏) (使用说明书 P.22)



■控制按键

[**◆/**▶](标准色 / 样品色)键 可使用此键切换〈标准色〉界面 和〈样品色〉界面。

[MENU]键 可使用此键显示〈设 置〉界面。

[◀、▶、▲、▼](十字)键 可使用此键在〈结果显示〉界 面切换界面标签,在〈设置〉 界面移动光标的位置,或改变 所选的值。 [ESC] 键

可使用此键在〈设置〉界 面不保存设置值直接返回 前一界面,

或从样品色的详细界面返 回列表界面。

各部件的名称









测量

6

测量





〈在正常模式下检查色差值时〉















〈在简单模式下检查色差值时〉







关于如何设置测量条件

测量前必须设置测量条件(测量模式、平均 次数、观察者 / 光源、显示)。

能够设置的项目如下所示。 ^{说明书 P. 85~101}

测量条件

测量模式

仅颜色 / 不透明度

测量设置*

镜面光成分

自动平均

手动平均

手动平均诜项

观察者 / 光源设置*

观察者、光源 1

观察者、光源 2

显示设置

显示类型

色空间*

色差公式*

自定义 01-14

* 在简单模式下可设置的条件

柞	i+e ₩ Mi ơ 品色 � / <mark> </mark>	14:21
٩	○ 測量条件	►
	测量模式	仅颜色
	测量设置	Ļ
	观察者/光源设置	Ļ
	显示设置	Ļ

关于如何设置仪器

设置仪器洗项时,要先在〈设置〉界面中洗 择"仪器设置"项目。

能够设置的项目如下所示。(说明书P.102~111)

仪器设置

用户类型

语言

日期格式

日期和时间

屏幕高度

显示朝向

哔哔声

自动关机

密码设置

Wake On Mode

柞	I+E 5% M0 O → 0002 → / O → ##	14:21
Ľ	₩100.00	_
	仪器模式	常规
	默认数据设置	Ļ
	校准设置	Ļ
	通讯设置	Ļ
	仪器设置	L.







CS 9222-AC5J-55 CEMBKK

© 2020-2024 KONICA MINOLTA, INC.